



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Per il corso di laurea triennale in Chimica, per il corso di esercitazioni di Chimica Analitica si necessita l'acquisto della seguente strumentazione:

Spettrofotometro LLG-uniSPEC 2

Con la seguenti caratteristiche:

Singolo raggio. Lunghezza d onda 190 - 1100 nm.

Alimentazione 220V 50 Hz. Con spina EU.

Completo di software per collegamento a PC

4 celle in vetro + 2 celle in quarzo