

Spett. Univ. degli Studi di Trieste
Dip. Scienze Chim. e Farmaceutiche
Alla c.a. Dr.ssa Sara Driolo
Via Licio Giorgieri 1
34127 Trieste(TS)

Bariano, 24/03/2023

OFFERTA-CONSUNTIVO n. 009/2023

Riparazione vostro spettrometro NMR Varian modello 400MR.
Guasto segnalato: L'intensità del segnale di Lock si è abbassata di 6-12 DB

Intervento effettuato in data 28/02/2023

-n. 5 Ore lavoro costo 145€/cad.	Euro	725,00=
-n.2 Ore supporto remoto (15-16/3)	Euro	290,00=
-n.7 Ore Viaggio costo 100€/cad.	Euro	700,00=

Spese Viaggio:

Bariano-Trieste-Bariano KM 740*0,6€/KM	Euro	444,00=
Pedaggio Bariano-Trieste-Bariano 32,2€x2=64,4€	Euro	64,40=

Parti utilizzate:	Euro	1826,00=
-Lock Transceiver PN X99245602		

Totale offerta	Euro	4049,40=
		(IVA esclusa)

Garanzia: 30 gg ore lavoro, 90 gg per le parti
Validità offerta : 30gg
Termini di pagamento: bonifico bancario 30 gg DFFM

Restiamo in attesa di vostro ordine per procedere alla fatturazione dell'intervento, grazie.

Cordiali saluti.
Luigi Mattavelli